

耳鼻喉检查治疗台

技术参数：

- *1、工作台：长×宽×高：900mm×950mm×800mm，超白水晶钢化玻璃台面（可选配人造大理石/亚克力台面），厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；易清洁，无渗透，无刮痕。整机采用强弱电隔离设计，弱电控制，确保人身安全，符合GB9706.1-2020标准；
- *2、智能触控系统：2套，液晶触摸屏控制系统，集成多项功能，一键控制吹枪、吸枪、除雾、射灯，蓝/绿灯光提示工作状态；具有不启用（1-6h自定义设置）自动进入休眠；
- *3. 主体机箱：箱体采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 钢板由数控设备加工成型，整机内外面环保烤漆，防腐蚀；
- 4. 正压泵：独立正压泵，压力 $\leq 2.5\text{kg/cm}$ ，采用静音技术，具有良好的消音、减震性能，噪音 $\leq 50\text{dB}$ ；
- 5. 负压泵：采用静音无油负压泵并配有静音装置，负压吸力 $700\text{mmHg}(\text{max})$ ，性能稳定；
- 6. 喷枪6支：直头喷枪4支，弯头喷枪2支，喷枪接触感应式开关，即提即用；压力 $0.1\text{MPa}\sim 0.15\text{MPa}$ 可调；喷枪药液瓶可配置不同药液，喷枪头不锈钢材质，可高温高压消毒重复使用；
- 7. 吸枪：2支，可自控调节吸力 $0\sim -0.07\text{MPa}$ 可调，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引，吸枪可拆卸更换多规格吸引管，可高温高压消毒重复使用。
- 8. 吹枪：2支，正压 $0.1\text{MPa}\sim 0.15\text{MPa}$ 可调，安全性能稳定。

*9. 预热除雾装置：2套，热风加热方式，工作时间：0-60S自定义设置，设备工作时间到自动停止工作，有温控保护、防进水渗漏装置。

10. 射灯及支架：2套，聚斑LED检查灯，射灯照度 ≥ 1500 lux；亮度无极可调，便于鼓膜、鼻腔深部和咽喉部检查和治疗。机械臂可 $\pm 180^\circ$ 旋转，高低可调，上下移动范围 ≥ 300 mm，无明显晃动，立柱支持选配功能支架的安装。

11. 污物吸引瓶：2个，2500ml，具有返回流装置。

12. 器械盘：2个，304不锈钢材质；

13. 棉球缸：2个，304不锈钢材质， $\phi 80 \times 80$ H(mm)

14. 药水瓶：白色2个，棕色2个，共4个

15. 内置式污物盘：2个，不锈钢材质，空间运用合理；

16. LED观片灯：色温 ≥ 6500 K，光源寿命 ≥ 10 万小时，厚度 ≥ 25 mm，旋钮无极调光；

17. 病人椅：2个，坐垫升降范围：120mm以上，靠背俯仰角度： $90^\circ - 180^\circ$ ，头枕延伸：0-120mm，座椅旋转角度： 360° ，最大负荷能力：135kg，尺寸：680*650*1210/1340mm；

18. 医生椅：2个，可升降，可旋转；

*19. 产品使用年限：8年，产品通过NMPA(CFDA)认证，主机控制软件由生产企业独立开发拥有软著著作权证书，企业通过ISO9001和ISO13485的认证；

耳鼻喉综合诊疗台配置

序号	名称	数量	单位
1	工作操作台	1	台
2	防泄漏喷枪（直）	4	支
3	防泄漏喷枪（弯）	2	支
4	吸枪	2	支
5	吹枪	2	支
6	正压泵	2	台
7	负压泵	2	台
8	加热除雾装置	2	套
9	射灯及支架	2	套
10	不锈钢器械盘	2	个
11	紫外线消毒灯	1	套
12	棉球缸	2	个
13	药水瓶	4	个
14	污物瓶	2	个
15	污物盘	2	个
16	观片灯	1	个
17	病人椅	2	个
18	医生椅	2	个